



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ADJUDICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO

Ref.: PREGÃO Nº 91/2017 - PROCESSO Nº 122/2017 - OBJETO: Aquisição de 03 (três) câmaras para conservação de imunobiológicos para uso nas salas de vacina das Unidades de Saúde do Município, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Exmo.

Sr. MARLON ROBERTO NEUBER

Encaminhamos à V. Exa. o presente processo licitatório para que seja emitida a competente deliberação, enaltecendo-se que o procedimento, no juízo da Pregoeira e Equipe de Apoio, desenvolveu-se dentro dos estritos termos da legislação vigente, pelo que sua homologação e recomendada **PREGÃO Nº 91/2017 - PROCESSO Nº 122/2017 - OBJETO:** Aquisição de 03 (três) câmaras para conservação de imunobiológicos para uso nas salas de vacina das Unidades de Saúde do Município, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, e sua adjudicação é recomendada em favor da Empresa: **BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede á Rua Pirapó, nº 613, Bairro: Tmbaúva, na cidade de Santa Rosa/RS, CEP nº 98.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.470.103/0001-76 e Inscrição Estadual nº 110/0079367, representada neste ato pelo sócio Sr. **NERCI LINCK**, portador do CNPF/MF nº 503.479.500-00 e do CI.RG nº 7038384918 SSP/RS, vencedora no objeto da licitação com preço total de **R\$ 35.895,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais)**, conforme especificações abaixo descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com capacidade interna mínima de 120 litros, vertical; <ul style="list-style-type: none">• Tensão: 220 Volts.• Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC;• Iluminação: Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada;• Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático;• Gabinete Externo: em material tratado quimicamente para evitar corrosão.• Gabinete Interno: em aço inoxidável• Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante ("no fog"); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.• Prateleiras: em aço inoxidável, em quantidade igual ou superior a 03 unidades;• Painel de Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de	3	BIOTECNO	R\$ 11.965,00	R\$ 35.895,00



Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

<p>glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sistema de emergência para falta de energia elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48 horas, como parte integrante do equipamento, com sistema de gaveta para a bateria.• Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara.• Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.• Data-logger: software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet.• Certificado de Calibração: Para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC), do mesmo modelo de equipamento ofertado e que já se encontra em uso.• Registro na ANVISA do equipamento.• AFE (Autorização para Funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76. <p>Garantia : Mínima de 12 meses</p>				
VALOR TOTAL				R\$ 35.895,00

Atenciosamente,

Itapoá, 24 de outubro de 2017.

FERNANDA CRISTINA ROSA
Pregoeira