



# Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos  
Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

**Ref.: PREGÃO Nº 91/2017 - PROCESSO Nº 122/2017 - OBJETO:** Aquisição de 03 (três) câmaras para conservação de imunobiológicos para uso nas salas de vacina das Unidades de Saúde do Município, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Afigurando-me que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida e estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade **PREGÃO Nº 91/2017 - PROCESSO Nº 122/2017 - OBJETO:** Aquisição de 03 (três) câmaras para conservação de imunobiológicos para uso nas salas de vacina das Unidades de Saúde do Município, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, e adjudico o objeto licitado em favor da Empresa: **BIOTECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rua Pirapó, nº 613, Bairro: Tmbaúva, na cidade de Santa Rosa/RS, CEP nº 98.900-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.470.103/0001-76 e Inscrição Estadual nº 110/0079367, representada neste ato pelo sócio Sr. **NERCI LINCK**, portador do CNPJ/MF nº 503.479.500-00 e do CI.RG nº 7038384918 SSP/RS, vencedora no objeto da licitação com preço total de **R\$ 35.895,00 (trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco reais)**, conforme especificações abaixo descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS</b> <b>Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com capacidade interna mínima de 120 litros, vertical;</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tensão: 220 Volts.</li><li>• Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4ºC;</li><li>• Iluminação: Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada;</li><li>• Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático;</li><li>• Gabinete Externo: em material tratado quimicamente para evitar corrosão.</li><li>• Gabinete Interno: em aço inoxidável</li><li>• Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante ("no fog"); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.</li><li>• Prateleiras: em aço inoxidável, em quantidade igual ou superior a 03 unidades;</li><li>• Painel de Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros</li></ul>	3	BIOTECNO	R\$ 11.965,00	R\$ 35.895,00



## Prefeitura Municipal de Itapoá/SC

Secretaria de Administração - Setor de Licitações e Contratos

Rua Mariana Michels Borges, nº 201 - Itapoá (SC) - CNPJ81.140.303/0001-01

<p>mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de emergência para falta de energia elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48 horas, como parte integrante do equipamento, com sistema de gaveta para a bateria.</li><li>• Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de performance para o software de gerenciamento da câmara.</li><li>• Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.</li><li>• Data-logger: software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet.</li><li>• Certificado de Calibração: Para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC), do mesmo modelo de equipamento ofertado e que já se encontra em uso.</li><li>• Registro na ANVISA do equipamento.</li><li>• AFE (Autorização para Funcionamento de Empresa ) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76.</li></ul> <p>Garantia : Mínima de 12 meses</p>				
				<b>VALOR TOTAL R\$ 35.895,00</b>

Atenciosamente,

Itapoá, 24 de outubro de 2017.

**MARLON ROBERTO NEUBER**  
Município de Itapoá/SC  
Prefeito Municipal