



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Comunicação Interna nº 157/2018

Itapoá, 18 de julho de 2018

De: **Secretaria da Saúde**

Para: **Licitação**

Prezada Senhora,

Referente ao Processo nº 76/2018 Aquisição de Fraldas Geriátricas informamos o seguinte:

No que se refere á documentação (Autorização de funcionamento pela ANVISA e AFE) todas as empresas estão habilitadas.

Em relação ás especificações dos itens nas amostras apresentadas pelas empresas abaixo segue a análise:

Da Empresa ICOFA IND.E Comercio de Fraldas e ABS Ltda APP;
Foram analisados os itens 2 e 4 apresentados nos quais os mesmos atende as especificações do edital, sendo assim a empresa esta habilitada;

Da Empresa Blumédica vencedora do item 05 a mesma atende as especificações do edital sendo a mesma habilitada;


Em relação a Empresa BrioJaraguá vencedora dos itens 1 e 3 :

- Os tamanhos apresentados não possui o indicador de umidade conforme pede o edital;
- Os tamanhos apresentados possui baixa absorção e retenção de umidade não atendendo o que se pede no edital;


Sendo assim a Secretaria de Saúde declara que a empresa BrioJaragua não atende aos quesitos especificados na descrição dos itens do processo licitatório 76/2018.

Sendo mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Sandra Regina Medeiros da Silva
Secretária Municipal de Saúde

Recebido em: 29/07/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ-SC