

Comunicado Interno: No.632/2.015

Itapoá, 24 de Setembro de 2.015.

DE: COMISSÃO PARA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO No. 72/2.015,
PREGÃO PRESENCIAL No. 45/2.015.

PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES.

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FRALDAS REFERENTE AO PREGÃO No. 45/2.015.

Vimos por meio desta informar a V.Sas; a respeito do resultado da análise desta comissão, referente as Fraldas Geriátricas Tamanhos EG e G e Fraldas Infantil tamanho GI, sendo o que segue:

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
TAMANHO EG marca DESCARPACK

A) NÃO APRESENTA o indicador de umidade na fralda tamanho EG.
O tamanho G não foram enviadas amostras para análise.


FRALDA INFANTIL TAMANHO GI da marca KARCIA:


A) NÃO APRESENTA o indicador de umidade na fralda infantil tamanho GI.
B) NÃO POSSUI a barreira lateral antivazamento com TNT Spun, para absorção e retenção de umidade.
C) NÃO POSSUI os 03 (três) elásticos das laterais, possui somente 02 (dois) elásticos.


A) As amostras enviadas para esta comissão ATENDEM ao descritivo do referido edital.


Sem mais para o momento.

Atenciosamente,


LILIAN GRAZIELLY CHIMENTÃO
ENFERMEIRA


FÁBIO ANTONIO DA PAIXÃO
AGENTE ADMINISTRATIVO I


ELIANA FRIGO DA SILVA
FARMACÊUTICA

RECEBIDO
24 / 09 / 15

Laura Dutra Pohl
CPF 111.857.059-61
Estagiária Administrativa