



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Comunicação Interna nº 182/2016

Data, 01 de novembro de 2016

De: Secretaria da Saúde

Para: Licitações

Prezada Senhora,

Em resposta ao Processo nº 6688/2016 na qual a Empresa Pizzoli Industria e Comercio de Correlatos à Saúde Ltda se dispõe sobre o descritivo técnico do item 04 Autoclave, sendo assim solicitamos que seja alterada para o seguinte descritivo;

Autoclave com capacidade minima de 21 litros com câmara de esterilização em aço inoxidável; painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos , fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado, guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização, não necessita de tubulação para drenagem de água, operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos, utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor, Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento, desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção, voltagem 220 v, com certificado de garantia.

Sem mais para o momento, agradecemos.

Antonio Paulo Tercziany
Secretário Municipal da Saúde

Ciente em 03/11/2016

Visto: [Handwritten Signature]