



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos

Rua 960, nº 201 – Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) – CNPJ 81.140.303/0001-01

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Ref.: PREGÃO Nº 19/2017 - PROCESSO Nº 24/2017 - OBJETO: Aquisição de 03 (três) câmaras para conservação de imunobiológicos para uso nas salas de vacina das Unidades de Saúde do Município, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos.

Afigurando-me que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida e estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório na modalidade de **PREGÃO Nº 19/2017 - PROCESSO Nº 24/2017 - OBJETO:** Aquisição de 03 (três) câmaras para conservação de imunobiológicos para uso nas salas de vacina das Unidades de Saúde do Município, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos, e **ADJUDICO** o objeto licitado em favor da Empresa: **INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA**, com sede á Avenida Tiradentes, nº 4.455, Setor Industrial, Londrina/PR, CEP: 86.072-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.589.504-86, Inscrição Estadual: 601.03117-54, representada neste ato por sócio, o Sr. **JOÃO FERNANDO RAPCHAM**, portador do CNPJ/MF nº 033.374.979-00 e do CI.RG nº 6.415.936-4 SESP/PR, vencedora no objeto da licitação com preço total de **R\$ 28.500,00 (vinte oito mil e quinhentos reais)**, conforme especificações abaixo descrito:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS Equipamento desenvolvido especificamente para armazenagem termolábeis com capacidade interna mínima de 120 litros;</p> <ul style="list-style-type: none">• Tensão: 110 ou 220 Volts.• Temperatura de trabalho: mínima de 2º C e máxima de 8º C, com ponto fixo em 4º C;• Iluminação: Iluminação interna automática quando da abertura da porta ou temporizada;• Refrigeração: através de compressor hermético, e gás R-134 a Isento de CFC; Tecnologia de resfriamento com degelo automático;• Gabinete Externo: em material tratado quimicamente para evitar corrosão.• Gabinete Interno: em aço inoxidável• Porta: em vidro duplo transparente; com sistema antiembaçante ("no fog"); abertura vertical e fechamento automático com vedação de perfil magnético.• Prateleiras: em aço inoxidável, em quantidade igual ou superior a 03 unidades;• Painel de Comando: Tipo membrana, montado na parte superior da Câmara, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch, termostato eletrônico micro-processado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC imerso em solução de glicerol, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia. Indicação visual de equipamento ligado, energia utilizada, de falta de energia elétrica e desvios de temperatura.• Sistema de emergência para falta de energia elétrica: que mantenha todas as funções eletroeletrônicas, inclusive compressor de frio, por um período mínimo de 48 horas, como parte integrante do equipamento, com sistema de gaveta para a bateria.• Controlador da tensão elétrica: acessório que monitora e aciona o sistema de emergência caso ocorra instabilidade da energia elétrica, sub ou sobre tensão, enviando dados de	3	INDREL RVV11D	R\$ 9.500,00	R\$ 28.500,00



Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

Secretaria de Administração e Finanças – Licitações e Contratos

Rua 960, nº 201 – Itapema do Norte – 89249-000 Itapoá (SC) – CNPJ 81.140.303/0001-01

<p>performance para o software de gerenciamento da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none">• Discador telefônico: sistema que realiza chamadas telefônicas para até três responsáveis, sempre que a temperatura estiver em nível crítico.• Data-logger: software de gerenciamento e emissão de relatórios e gráficos. Permite o gerenciamento a distância via internet.• Certificado de Calibração: Para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.), calibrado em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC), do mesmo modelo de equipamento ofertado e que já se encontra em uso.• Registro na ANVISA do equipamento.• AFE (Autorização para Funcionamento de Empresa) expedida pela ANVISA para fabricantes e distribuidores de equipamentos médicos, conforme Leis 5.991/73 e 6.360/76. <p>Garantia: Mínima de 12 meses</p>				
VALOR TOTAL				R\$ 28.500,00

Sigam-se os ulteriores termos.

Itapoá, 18 de abril de 2017.

MARLON ROBERTO NEUBER
Município de Itapoá/SC
Prefeito Municipal